

询价单

氦检仪采购项目（第二次）

序号	名称	技术指标	数量
1	氦检仪	<p>*1.1 真空模式最小可检氦漏率：$<5 \times 10^{-13}$ Pa m³/s</p> <p>1.2 吸枪法最小可检氦漏率：$<1 \times 10^{-8}$ Pa m³/s</p> <p>1.3 检漏测量范围：$(5 \times 10^{-13} \sim 1)$ Pa m³/s</p> <p>1.4 响应速度：<1sec</p> <p>1.5 仪器作好运行准备的时间：<3min</p> <p>*1.6 前级泵：进口涡旋泵，抽速：≥ 25m³/h</p> <p>*1.7 分子泵：HiPace 三级分子泵，抽速 80L/s 对氦气抽速：≥ 8 L/s</p> <p>1.8 内置校准漏孔类型及漏率范围：毛细管式漏孔，10^{-8} Pa m³/s</p> <p>1.9 测量模式：真空模式、吸枪模式</p> <p>*1.10 检测模式：GROSS 模式、FINE 模式、ULTRA 模式</p> <p>*1.11 进气口最大压强：≥ 1500Pa</p> <p>*1.12 可检质量数：2,3,4 amu</p> <p>1.13 质谱仪：180° 扇形磁场</p> <p>*1.14 离子源：至少 2 根，镀氧化铱的钨灯丝（一年质保）</p> <p>1.15 测试口：\geqKF25</p> <p>1.16 具有自动归零调整功能，有自动记忆氦本底功能</p> <p>1.17 仪器具有数据储存、传输功能，接口：RS 232</p> <p>1.18 数字显示板：采用高亮度 LED 数字及刻度的方式表示漏率或以上</p> <p>1.19 检漏仪要求一体化，不可分体，配有小轮可移动</p> <p>*为必须满足条件</p> <hr/> <p>需包含以下附件：</p> <p>1、喷枪 1 把</p> <p>2、枕头包 1 个</p> <p>3、1 米 KF25 波纹管 1 根</p> <p>4、吸枪 1 把</p>	1 台

5、过滤间环 1 个

6、专用工具 1 套

商务要求：

- 1、资质：提供设备原厂家的有效授权书，并且具有设备技术支持和服务能力
- 2、质保期：1 年
- 3、付款条件：合同生效后预付 30%，出货前支付 40%，验收后支付 25%，质保期满后支付 5%
- 4、其他（绘勘、安装、调试、培训、售后服务、业绩要求等）：
 - 4.1 成都设有原厂维修中心。

报价要求：

- 1、报价文件递交截止时间：2023 年 11 月 15 日 17 点 00 分
- 2、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
- 3、报价单上需列明交货期和质保期。
- 4、报价单（一次性最优惠报价）电子邮件递交。
- 5、提供签字盖章的报价单扫描件、营业执照扫描件、资质文件扫描件（如有要求），代理产品需提供相关产品授权书，技术指标及商务要求响应表（见附件）。
- 6、国内产品请开增值税专用发票。
- 7、本项目成交方法采用最低价法。完全满足询价项目技术和商务要求的合格供应商，按照报价由低到高的顺序，由采购人按照最低价法，确定成交单位。

技术咨询：乔老师 19182189167

商务咨询：陈老师 18623431997

电子邮箱：tfxl111_cg01@xl111.cn

